


STABILIZER™

PERIPHERAL VASCULAR SUPPORT CATHETER




Kullanım amacı

Stabilizer™ Periferik Vasküler Destek Kateteri ve Yeniden Giriş Kateteri, periferik vaskülatürdeki diğer cihazlar (kılavuz tel ve trombektomi kateterleri gibi) için bir çalışma yolu oluşturmayı amaçlamaktadır.



Uç Kalınlığı:
Minimum 2.1 F
Maksimum 5.1 F



Bağlayıcı Luer Göbek

Kateterin proksimal ucu, Luer konikli bir konnektöre sahip kalıplanmış, kanatlı bir göbeğe sahiptir. Göbek ergonomik olarak şekillendirilmiştir, böylece doktor kateteri herhangi bir tüp ve manifolddan manuel olarak takabilir veya çıkarabilir.

Gerilim Giderici

Göbek tertibatının gerilim azaltma kısmı, göbek bileşeninin üst üste binen bir parçasıdır. Maver logo, French boyutu, kateter uzunluğu ve kılavuz tel boyutu açıkça yazdırılır.

Kateter Ucu

Kateterin ucu, vasküler anatomilere uyum sağlamak için düz ve kavisli şekillerde gelir. Uç malzemesi yumuşak bir yapıya sahiptir ve prosedürün tüm aşamalarında damar duvarını sınırlandırmak için yuvarlatılmıştır.

Kateter Şaftı

Kateterin shaftı, sertlik ve torkta önemli değişiklikler olmaksızın prosedürün tüm uzunluğu boyunca kalabilen bükülmeye dirençli, radyopak bir malzemeden yapılmıştır. Shaftlar şu anda tel örgülü ve telsiz örgülü konfigürasyonlarda sunulmaktadır.

Hemostatik Valf

Stabilizer™ Periferik Vasküler Destek Kateteri ve Yeniden Giriş Kateteri, Y şeklinde hemostatik valf ile birlikte paketlenmiştir. Yan tüp ile birbirine bağlanan üç yollu bir üst musluk ile donatılmıştır.



Mevcut ölçüler

5/6/7/8/9 Fr x 65/90/110/135/165 cm

Endikasyonlar

Periferik vaskülatürdeki diğer cihazlar (kılavuz tel ve trombektomi kateterleri gibi) için bir çalışma yolu oluşturmak içindir. Endovasküler minimal invaziv prosedürlerde diğer dahili çalışan endovasküler cihazları desteklemek için bir geçiş yolu veya bir çalışma kanalı olarak kullanılması amaçlanmıştır. Lümen içi geçiş cihazlarını desteklemek dışında çalışma mekanizması yoktur.

Kontrendikasyonlar

Hekimin tıbbi kanaatine göre böyle bir prosedür hastanın durumunu tehlikeye atabileceği zaman bu sistem kontrendikedir.

Hastanın herhangi bir fiziksel bozukluğunun bu cihazın kullanımını kontrendike edip etmeyeceğini belirlemek hekimin sorumluluğundadır.

Periferik damar genişlemesi amacıyla tasarlanmamıştır.

Bu sistem kan veya kan ürünlerinin infüzyonu için tasarlanmamıştır.

Endikasyonlar, kontrendikasyonlar, yan etkiler ve önlemler için tercih edilen terapötik solüsyonun ürün ekine bakın.

İnferior vena kava filtresi gibi vasküler filtresi olmayan hastalarda kontrendikedir.


Kılavuz tel ile lezyona erişilemeyenlerde kontrendikedir.

Kesme / puanlama balonları, pediatri, neonatal ve nörovasküler hastalarda kullanım için kontrendikedir.

MVERA®

ENDOVASCULAR

STABILIZER™
PERIPHERAL VASCULAR SUPPORT CATHETER



Bir cerrah, belirli bir hastayı tedavi ederken, belirli bir ürünü kullanıp kullanmayacağına karar verirken her zaman kendi profesyonel klinik muhakemesine güvenmelidir. Maveria Tıbbi Cihazlar A.Ş. tıbbi tavsiye vermez ve cerrahlara herhangi bir ürünün ameliyatta kullanmadan önce kullanımı konusunda eğitim almalarını tavsiye eder. Bir cerrah herhangi bir Maveria Tıbbi Cihazlar A.Ş. ürününü kullanmadan önce her zaman prospektüs, ürün etiketi ve/veya kullanım talimatlarına bakmalıdır. Yerel mevzuat ve/veya tıbbi uygulamalar nedeniyle ürünler her zaman benzer kapasitede tüm pazarlarda bulunmayabilir. Maveria ürünleri ile ilgili sorularınız varsa bir Maveria temsilcisi ile iletişime geçmeniz tavsiye edilir.

Stabilizer Maveria Tıbbi Cihazlar A.Ş.'nin Tescilli Ticari Markasıdır. Maveria Tıbbi Cihazlar A.Ş., ürünlerin EN ISO 13485 sertifikalı kalite yönetimi uygulanarak, en uygun son teknoloji prosesleri kullanılarak ve güvenliği tasarımına ve üretimine entegre etme ilkesini uygulayarak tasarlandığını, üretildiğini ve paketlenildiğini garanti eder. Bu sistem, kullanım kılavuzunda ve/veya kullanım talimatlarında açıklanan önlemlere uygun olarak, uygun koşul altında ve kullanım amacına uygun olarak kullanıldığında cihazın güvenli kullanımını ve tamamen ortadan kaldırılamasa da cihazla ilişkili riskleri mümkün olduğu kadar en aza indirmeyi garanti edecek şekilde tasarlanmıştır. Cihaz, bu kullanım talimatlarının diğer bölümlerinde atıfta bulunanlar da dahil olmak üzere, tasarlanmış olduğu tedavinin kaçınılmaz riskleri ve olası yan etkileri ve komplikasyonları dikkate alınarak yalnızca uzman tıbbi personelin sorumluluğu altında kullanılmalıdır.

U.S. and foreign patents pending Issue Date
Dec 2020 Copyright© 2020.
All rights reserved.
Maveria Medical Devices Inc.

STB1220-TR-Rev01 Türkiye'de basılmıştır

CE
2803



Maveria Tıbbi Cihazlar A.Ş.



Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi 107/C
Mamak/Ankara-Türkiye



+90 312 341 50 27



+90 312 341 50 26



www.maveramedical.com.tr